MAVOSPEC **LITE** Release Note

Firmware V 1.3.5 Verfügbar ab: 05.2024

Erweiterung der Messfunktion um Timer für den Start der Messung

Änderungen in dieser Version

- Durch langen Druck auf die Messtaste kann jetzt ein **Timer** gestartet werden **der Beginn der Messung um 10 s verzögert.**

Firmware V 1.3.4 Verfügbar ab: 08.2023

Nur Anpassung der Firmwarenummer, bedingt durch Bugfix in der MAVOSPEC BASE Firmware

Änderungen in dieser Version

- keine

Firmware V 1.3.3 Verfügbar ab: 12.2022

Bugfix für die Firmware Version V 1.3.2

Änderungen in dieser Version

- Das Gerät startet nicht mehr mit der Data Taste wenn es am USB hängt und geht dadurch nicht mehr unerwartet in den Bootloader. Ein vermeintliches Aufhängen des Geräts ist dadurch beseitigt.

Firmware V1.3.2 Verfügbar ab: 12.2021

Mit dieser Firmware-Version wurden die ersten MAVOSPEC LITE ausgeliefert.